

YÊU CẦU BẢO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Kon Tum có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm vật tư y tế với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum; địa chỉ: 224 Bà Triệu, phường Quang Trung, Thành Phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Đỗ Thị Xuân, nhân viên cung ứng, số điện thoại: 0367.566.869 ; địa chỉ email: thanhxuanbvkt87@gmail.com
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 224 Bà Triệu, phường Quang Trung, thành Phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 4 tháng 7 năm 2024 đến trước 17h ngày 14 tháng 7 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 14 tháng 7 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục vật tư y tế:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
1	Xét nghiệm định lượng LDL Cholesterol trong máu, phương pháp bảo vệ chọn lọc enzym đồng nhất	Xét nghiệm định lượng LDL Cholesterol trong máu, phương pháp bảo vệ chọn lọc enzym đồng nhất. Thành phần R1: Good's Buffer pH 6.8 25 mmol/l, Cholesterol Oxidase 5000 U/l, Cholesterol Esterase 5000 U/l, Catalase 1000000 U/l, Ascorbate Oxidase 5 U/ml, Peroxidase 4 KU/l. R2: Peroxidase 4 KU/l, POD 20000 U/l. Dây đo: 1 - 400 mg/dl (0.02 – 10.4 mmol/l).	6	Hộp
2	Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ urea trong huyết thanh hoặc huyết tương và nước tiểu	Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ urea trong huyết thanh hoặc huyết tương và nước tiểu. Khoảng đo: 0,7 đến 62,0 mmol /l (Huyết thanh). Độ nhạy: LoD= 0.328 mmol/l (Huyết thanh); 91,2 mmol / l (548mg / dl).(nước tiểu). Độ chụm ngắn hạn CV% < 4.15; độ chụm toàn phần CV% < 4.92 (huyết thanh). Nước tiểu: độ chụm ngắn hạn CV% < 1.84	9	Hộp
3	Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ Cholesterol trong huyết thanh, huyết tương	Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ Cholesterol trong huyết thanh, huyết tương; Khoảng đo: 25- 618 mg/dl (0.65 - 16.0 mmol/l); Độ chụm ngắn hạn: CV% < 2.0; độ chụm toàn phần CV% < 2.7	2	Hộp

4	Thuốc thử xét nghiệm định lượng Asparate Aminotransferase trong huyết thanh và huyết tương	"Thuốc thử xét nghiệm định lượng Asparate Aminotransferase trong huyết thanh và huyết tương; Khoảng đo: 5 - 1116 U/L; Độ nhạy:LOD= 1.372 U/L; Độ chính xác: CV% < 5.75"	5	Hộp
5	thử xét nghiệm định lượng Alanine Aminotransferase (ALT) trong huyết thanh và huyết tương bằng phương pháp UV	"Thuốc thử xét nghiệm định lượng Alanine Aminotransferase (ALT) trong huyết thanh và huyết tương bằng phương pháp UV Khoảng đo: 6.5-1136 U/L; Độ nhạy:LOD= 2.51 U/L Độ chính xác: CV% độ lặp lại < 2.87; CV% độ tái lặp <3.56"	5	Hộp
6	Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ Triglycerides trong huyết thanh	"Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ Triglycerides trong huyết thanh . Khoảng đo: 12.4 mg/dl đến 1000 mg/dl Độ nhạy: LoD 3.96 mg/dl. Độ chụm ngắn hạn CV% < 2.2; Độ chụm toàn phần CV% < 3.7"	2	Hộp
7	Xét nghiệm đo độ đục để xác định định lượng trong ống nghiệm CRP trong huyết thanh và huyết tương người	Xét nghiệm đo độ đục để xác định định lượng trong ống nghiệm CRP trong huyết thanh và huyết tương người. Độ tuyến tính 150 mg/l. Độ nhạy 2mg/l. Thành phần R1: Tris/HCl Buffer pH 8.2 20 mmol/l, Detergent 0.1 %, Sodium Azide 0.95 g/l. R2: Glycine Buffer pH pH 10.0, các hạt latex được phủ kháng thể CRP, Sodium Azide 0.95 g/l.	5	Hộp
Tổng cộng : 07 khoản				

2. Địa điểm cung cấp: kho vật tư y tế, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.
3. Thời gian giao hàng dự kiến: trong tháng 7,8/2024.
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: thanh toán 1 lần sau khi bàn giao, nghiệm thu.
5. Các thông tin khác (nếu có): không.



Võ Văn Thiện

PHÒNG VTTTBYT

Cáp Nguyễn Anh Tường

NGƯỜI LẬP BẢNG

Đỗ Thị Xuân