

Kon Tum, ngày 6 tháng 8 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Kon Tum có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm vật tư y tế với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum; địa chỉ: 224 Bà Triệu, phường Quang Trung, Thành Phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Đỗ Thị Xuân, nhân viên cung ứng, số điện thoại: 0367.566.869 ; địa chỉ email: thanhxuanbvkt87@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 224 Bà Triệu, phường Quang Trung, thành Phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 6 tháng 8 năm 2024 đến trước 17h ngày 16 tháng 8 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 16 tháng 8 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục vật tư y tế:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
1	Urea (BUN)	Xét nghiệm bằng enzym để xác định định lượng urê trong huyết thanh người, huyết tương và nước tiểu. Thành phần R1: Tris Buffer pH 7.95 112 mmol/l, 2-Oxoglutarate 15.5 mmol/l, ADP 0.94 mmol/l, Urease 17000 U/l, GLDH 600 U/l. R2: 2-Oxoglutarate 115 mmol/l, NADH 1.44 mmol/l. Độ tuyến tính 400 mg/dl (67 mmol/l) trong máu và 6300 mg/dl (1050 mmol/l) trong nước tiểu. Độ nhạy: 0.5 mg/dl. Ổn định đến ngày hết hạn ở 2-8oC.	10	Hộp

2	AST(GOT)	Xét nghiệm định lượng AST trong huyết tương/ huyết thanh. Thành phần R1: Tris Buffer pH 7.8: 80mmol/l, L-Aspartate 200 mmol/l, LDH ≥ 800 U/l, MDH ≥ 600 U/l. R2: NADH 0.18 mmol/l, Oxoglutarate 12 mmol/l. Độ tuyến tính tới 410U/L. Độ nhạy 4 U/L. Ổn định đến ngày hết hạn ở 2-8oC.	5	Hộp
3	ALT(GPT)	Xét nghiệm định lượng ALT trong huyết tương/ huyết thanh. Thành phần R1: Tris Buffer pH 7.8: 100mmol/l, L-Alanine 500 mmol/l, LDH 1200 U/l. R2: NADH 0.18 mmol/l, Oxoglutarate 15 mmol/l. Độ tuyến tính tới 418U/L. Độ nhạy 3U/L. Ổn định đến ngày hết hạn ở 2-8oC.	5	Hộp
4	LDL Cholesterol Direct	Xét nghiệm định lượng LDL Cholesterol trong máu, phương pháp bảo vệ chọn lọc enzym đồng nhất. Thành phần R1: Good's Buffer pH 6.8 25 mmol/l, Cholesterol Oxidase 5000 U/l, Cholesterol Esterase 5000 U/l, Catalase 1000000 U/l, Ascorbate Oxidase 5 U/ml, Peroxidase 4 KU/l. R2: Peroxidase 4 KU/l, POD 20000 U/l. Dãy đo: 1 - 400 mg/dl (0.02 – 10.4 mmol/l).	5	Hộp
Tổng cộng : 4 khoản				

- Địa điểm cung cấp: kho vật tư y tế, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.
- Thời gian giao hàng dự kiến: trong tháng 8,9/2024.
- Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: thanh toán 1 lần sau khi bàn giao, nghiệm thu.
- Các thông tin khác (nếu có): không.



GIÁM ĐỐC



Võ Văn Thiện

PHÒNG VTTTBYT



Cáp Nguyễn Anh Tường

NGƯỜI LẬP BẢNG



Đỗ Thị Xuân