

Kon Tum, ngày 5 tháng 8 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Kon Tum có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm vật tư y tế với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum; địa chỉ: 224 Bà Triệu, phường Quang Trung, Thành Phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Đỗ Thị Xuân, nhân viên cung ứng, số điện thoại: 0367566869 ; địa chỉ email: thanhxuanbvkt87@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 224 Bà Triệu, phường Quang Trung, thành Phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 10h30 ngày ...5.. tháng ..8.. năm 2024 đến trước 17h ngày ...15.. Tháng ..8.. năm 2024

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày ...15.. tháng ..8.. năm 2024


II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục vật tư y tế:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng / khối lượng	Đơn vị tính
1	Prismaflex TPE2000 set	Quả lọc trao đổi huyết tương Prismaflex TPE 2000 được kết nối sẵn với bộ dây dẫn: Thể tích máu của cả bộ quả lọc $\pm 10\%$: 127 ml Diện tích màng: 0,35 m ² Chất liệu màng lọc dạng sợi rỗng: Polypropylene Đường kính trong của sợi lọc (khi ướt): 330 μ m Độ dày thành sợi lọc: 150 μ m Thể tích máu trong quả lọc huyết tương: 41 ml $\pm 10\%$ Tốc độ máu tối thiểu: 100ml/min Tốc độ máu tối đa: 400ml/min Thể tích máu của cả bộ quả lọc $\pm 10\%$: 127 ml Diện tích màng: 0,35 m ² Chất liệu màng lọc dạng sợi rỗng: Polypropylene Đường kính trong của sợi lọc (khi ướt): 330 μ m .Độ dày thành sợi lọc: 150 μ m. Thể tích máu trong quả lọc huyết tương: 41 ml $\pm 10\%$ Tốc độ máu tối thiểu: 100ml/min.Tốc độ máu tối đa: 400ml/min	4	Bộ

2	Bộ quả lọc máu liên tục có gắn heparin OXIRIS	Quả lọc máu liên tục có gắn Heparin OXIRIS kèm bộ dây dẫn có 3 chức năng: loại bỏ Cytokine, loại bỏ nội độc tố, lọc máu liên tục (loại bỏ dịch và độc tố Urê huyết) Chất liệu: - Màng lọc cấu tạo 3 lớp: - Sợi rỗng AN69 (Acrylonitrile và sodium methallyl sulfonate copolymer): giúp hấp phụ các Cytokine PolyethyleneImine (PEI): giúp hấp phụ Nội độc tố - Bề mặt sợi lọc được gắn heparin (4500+/- 1500 IU/m2): giảm khả năng tạo huyết khối ở màng - Vỏ và đầu quả lọc: Polycarbonate - Vách đầu quả lọc: Polyurethane - Ống dẫn: plasticized polyvinyl chloride (PVC) - Cartridge: PETG - Phương pháp tiệt trùng: EtO (ethylene oxide)	1	Bộ
3	Prismaflex M100 set	Quả lọc máu liên tục Prismaflex M100 kèm bộ dây dẫn: - Vỏ và đầu quả lọc: Polycarbonate - Vách đầu quả lọc: Polyurethane - Ống dẫn: plasticized polyvinyl chloride (PVC) - Cartridge: PETG - Phương pháp tiệt trùng: EtO (ethylene oxide) Thể tích máu trong quả lọc ($\pm 10\%$): 152 ml Diện tích màng: 0,9m². Đường kính trong của sợi lọc (khi ướt): 240μm. Độ dày thành sợi lọc: 50μm	4	Bộ
Tổng cộng : 3 khoản				


- Địa điểm cung cấp: kho vật tư y tế, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.
- Thời gian giao hàng dự kiến: trong tháng 8,9/2024
- Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: thanh toán 1 lần sau khi bàn giao, nghiệm thu.
- Các thông tin khác (nếu có): không.



GIÁM ĐỐC


Võ Văn Thiện

PHÒNG VTTTBYT



Cáp Nguyễn Anh Tường

NGƯỜI LẬP BẢNG



Đỗ Thị Xuân